

Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Direction de l'évaluation des dispositifs médicaux
Département de l'évaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale
Unité Contrôle National de Qualité 2
Tél. : 01.55.87.42.41
Fax : 01.55.87.42.42
E-mail : cnq.labm@afssaps.sante.fr

Contrôle National de Qualité Parasitologie - 11PAR1

Opération clôturée le : 12/12/2011

Référence à rappeler : 11PAR1 / 6643Z

LABORATOIRE "VIGIBIO"
SELARL "VIGIBIO"

81 AVENUE DU DOCTEUR DONAT

06800 CAGNES SUR MER

6643Z

Toute demande de renseignements ou réclamation doit nous parvenir, par courrier, au plus tard un mois après la date d'édition.

FROTTIS SANGUIN

échantillon	réponse du laboratoire	réponse attendue
LOEMBE	stade non précisé Loa loa quantité : 25 par frottis	Microfilaires Loa loa (6 à 20 par frottis).
Evaluation : A		

SELLES

échantillon	réponse du laboratoire	réponse attendue
LASSA	Kyste Endolimax nanus quantité : 1 champs au X40 pour trouver un protozoaire	Endolimax nanus (1 kyste tous les 2 champs au X40).
Evaluation : A		

MYCOLOGIE

échantillon	réponse du laboratoire	réponse attendue
LUENGO	Cladosporium sp.	Cladosporium sp. (C. cladosporioides)
Evaluation : A		

SEROLOGIE DE LA TOXOPLASMOSE

Flacon n° : 1110 Résultats du laboratoire					Statistiques (*)		
Titration IgG (UI/ml) Réactif 1 : [RDPB] BECKMAN COUL ACCESS Toxo IgG	Seuil	Titre	Conclusion	Evaluation	Effectif	Moyenne	CV (%)
	11	0	négatif	A			
	* : échantillon positif et effectif > 10						
Résultat des laboratoires participants : titrage Ac type IgG : négatif							
Recherche IgM Réactif 1 : [RDPO] BECKMAN ACCESS Toxo IgM	Conclusion		Evaluation				
	négatif		A				
	Résultat des laboratoires participants : recherche Ac type IgM : négative						
Conclusion du laboratoire [TOXA] Absence d'anticorps. Absence d'immunité.					Evaluation		
					A		
Conclusion attendue : Absence d'anticorps. Absence d'immunité. Sérologie à renouveler tous les mois.							

Flacon n° : 1112 Résultats du laboratoire					Statistiques (*)		
Titration IgG (UI/ml) Réactif 1 : [RDPB] BECKMAN COUL ACCESS Toxo IgG	Seuil	Titre	Conclusion	Evaluation	Effectif	Moyenne	CV (%)
	11	156	positif	A	61	120	11
	* : échantillon positif et effectif > 10						
Résultat des laboratoires participants : titrage Ac type IgG : positif							
Recherche IgM Réactif 1 : [RDPO] BECKMAN ACCESS Toxo IgM	Conclusion		Evaluation				
	négatif		A				
	Résultat des laboratoires participants : recherche Ac type IgM : négative						
Conclusion du laboratoire [TOXC] Immunité ancienne probable. [TOXH] Sérologie à contrôler dans 3 semaines.					Evaluation		
					A		
Conclusion attendue : Immunité ancienne probable. A confirmer par une nouvelle sérologie (ou Sérologie à contrôler dans 3 semaines).							

SEROLOGIE DU PALUDISME

examen non effectué ou habituellement transmis

Evaluations : A = réponse attendue - B = réponse acceptable - C = réponse non conforme - D = réponse inacceptable - NE = non évalué

Les données du Contrôle National de Qualité des Analyses de Biologie Médicale : <http://www.afssaps.fr>
 Rubrique : Activités – item : Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale (CNQ)