

Agence française de sécurité sanitaire  
des produits de santé

 Direction de l'évaluation des dispositifs médicaux  
Département de l'évaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale  
Unité Contrôle National de Qualité 1  
Tél. : 01.55.87.42.41  
Fax : 01.55.87.42.42  
E-mail : cnq.labm@afssaps.sante.fr

**Contrôle National de Qualité**  
**hGH - PTH - 25 OH vitamine D - 11GPV1**

Opération clôturée le 26/09/2011

Référence à rappeler : 11GPV1 / 6643Z

**LABORATOIRE "VIGIBIO"**  
**SELARL "VIGIBIO"**
**81 AVENUE DU DOCTEUR DONAT**  
**06800 CAGNES SUR MER**

Toute demande de renseignements ou réclamation doit nous parvenir, par courrier, au plus tard un mois après la date d'édition.

DOSAGE DE L'HORMONE DE CROISSANCE			
Le laboratoire a déclaré ne pas ou ne plus pratiquer cette analyse.			
<b>GH201</b>	Limites acceptables : 15%	Toutes techniques	
Résultat du laboratoire	Effectif	79	
	Médiane (mUI/l)	20,60	
	Interquartile 25-75%	18,3-22,7	
	Résultat/Médiane (%)		
	Conclusion (*)		


DOSAGE DE LA PTH			
Technique : S8 Liaison N-Tact PTH DIASORIN S.A.			
Appareil : UKW DIASORIN Liaison			
<b>PTH111</b>		Toutes techniques	technique : S8
Résultat du laboratoire <b>170,0 ng/l</b>	Effectif	652	8
	Moyenne (ng/l)	221,00 (a)	143,60
	CV	18,40	23,40
	Résultat/Moyenne (%)		118,4

(a) : Devant la dispersion importante des résultats d'une technique à l'autre, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif

DOSAGE DE LA 25 OH VITAMINE D			
Technique : S8 Liaison 25-OH vitamin D Total DIASORIN S.A.			
Appareil : UKW DIASORIN Liaison			
<b>VITD111</b>		Toutes techniques	technique : S8
Résultat du laboratoire <b>124,0 nmol/l</b>	Effectif	485	125
	Moyenne (nmol/l)	118,80	126,60
	CV	11,30	8,40
	Résultat/Moyenne (%)	104,4	97,9

\* Conclusion : l'écart entre le résultat et la valeur cible (médiane de la technique utilisée), noté par une lettre (A, B, C ou D), est apprécié en fonction des limites acceptables (LA) figurant dans l'entête ; le signe « + » ou « - » indique le sens de l'écart :

- Bon résultat	:	écart < 0,5 LA	"A-"	"A+"	"A"
	:	écart entre 0,5 et 1 LA	"B-"	"B+"	
- Résultat à contrôler	:	écart entre 1 et 2 LA "C-"	"C+"		
	:	écart > 2 LA	"D-"	"D+"	


**RECAPITULATIF STATISTIQUE 11GPV1- hGH - VOIR AU VERSO**